

お客様各位

平成 19 年 11 月 22 日
川澄化学工業株式会社

フリーズニース ダイアライザーおよびフリーズニース フィルターに
関してのお詫びと再販開始のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたびの弊社製品フリーズニース ダイアライザー(中空糸型透析器)およびフリーズニース フィルター(血液濾過器)の自主回収並びに出荷停止につきましては、お客様をはじめ関係各方面に多大なご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。心よりお詫び申し上げます。

今回の自主回収の原因となった薬事承認書中の原材料(中空糸を固定するポリウレタン樹脂)に関する記載内容の相違に関しましては記載内容を修正して一変申請を行なっておりましたが、このほど 11 月 21 日付で厚生労働省より承認が下りました。これにより 11 月 26 日より販売を再開することができる体制がととのいました。

弊社といたしましては、今後は全社員への法令遵守の指導徹底と、社内体制強化を図り、再発防止に努めて参りますので、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白