

2017年11月吉日

お客様各位

血液浄化用装置製造販売終了のお知らせ

謹啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に関し格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、皆様にご愛顧賜りました多用途血液処理用装置につきまして、製造販売元の製造中止に伴い、在庫の終了をもちまして販売を終了させて頂くこととなりましたのでご案内申し上げます。

販売終了により多大なご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫びいたします。
諸般の事情をご賢察の上、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い致します。

謹白

記

- (1) 一般的名称 : 多用途血液処理用装置
販売名・品番 : 血液浄化用装置 KM-8700 / KM-8700EX
医療機器承認番号 : 21200BZZ00065000
- (2) 一般的名称 : 多用途血液処理用装置
販売名・品番 : 血液浄化用装置 KM-9000
医療機器承認番号 : 22000BZX00121000

製造販売元 : 山陽電子工業株式会社

販売元 : 川澄化学工業株式会社

当該機種 of 修理・保守点検に関しましては、販売終了後 7 年間は機能維持の為の保守部品を保有し、修理・保守点検に対応できるように努めてまいります。ただし、装置を構成する部品の中にはモデルチェンジ周期の短いものがあり、保有期間内であっても部品を提供できなくなる場合がございます。詳細につきましては、弊社担当者にお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

以上

[本製品に関するお問い合わせ先] 川澄化学工業株式会社 営業第一部
電話番号 : 03-5769-2604